

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Росздравнадзор)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



«ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ»

(ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора)

109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

тел. (495) 980-29-35, 698-27-76

e-mail: expert@cmkee.ru

 № 

на № 20150825/2 от 25 августа 2015 г.

Директору ООО «Дентал-Ист»

Афанасьеву А.Н.


125195, Москва,
Ленинградское шоссе, 96А

Уважаемый Алексей Николаевич!

ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора рассмотрело Ваше обращение исх. № 20150825/2 от 25.08.2015 г. по вопросу отнесения изделия «Горелка газовая с принадлежностями», производства компании Song Young International Co., к виду в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, определения класса потенциального риска применения медицинского изделия и номера медицинского изделия и сообщает следующее.

Вид, соответствующий изделию «Горелка газовая с принадлежностями», не представлен в номенклатурной классификации медицинских изделий. Для принятия решения об отнесении данного изделия к медицинским изделиям, необходимо подтвердить его медицинское назначение, установленное производителем.

С уважением,
Генеральный директор



И.В. Иванов